Calibration Check 4/24/12

Formazin Stds Lot# A1136 5/12

Initial	After Cal
<0.1 = 0.17	0.17
20 = 20.1	20.1
100 = 100	101
800 = 804	803

Gelex Stds After Cal

0-10 = 5.17

0-100 = 59.9

0-1000 = 472

Figure A1a. Turbidity meter calibration notes.